

GeneXpert® 系统维护日志

年月:

上次校准检查日期:

安装日期

机构名称

GeneXpert 序列号

说明:

1. 在以上字段中输入您所在机构的名称、GeneXpert 序列号、当前月份和年份、最近一次的校准检查日期和安装日期。
2. 对于每个列于下方的维护活动，勾选活动执行日期（日/月）下方的方框并在最末行输入您的姓名首字母（最多两个字符）。
3. 输入数据后保存文件。我们建议每个月保存一个文件以获得完整的活动记录。

每日维护	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
清洁工作区域																															
关闭所有的模块门																															
丢弃用过的样品匣																															
每周维护																															
关闭 GeneXpert 计算机和仪器 ¹																															
清洁风扇预过滤器 ¹																															
每月维护																															
存档检验 (Archive tests) ²																															
清理检验 (Purge tests) ²																															
每季维护																															
清洁柱塞杆和样品匣仓 ¹																															
清洁仪器表面 ¹																															
更换风扇过滤器 ¹																															
更换风扇预滤器 ¹																															
每年维护																															
检查年度仪器维护 ¹																															
如有必要																															
打印系统日志报告 ¹																															
备份数据库 ²																															
使用 I-CORE 刷清洁 I-CORE ¹																															
技术员姓名首字母（两个字母）																															

1. 如需详细的程序，请参阅操作员手册第 9 章（维修与维护）。
2. 如需详细的程序，请参阅操作员手册第 5 章（操作说明）。
这些是最低的清洁建议。您所在的机构可能需要更频繁地执行维护。

参考文献: GeneXpert 操作员手册 (P/N 303-1548-ZH-CN, 修订版 A)